

L. BARTOVÁ

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Zdravotně sociální fakulta

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení studenta: L. BARTOVÁ
Studijní obor: Radiologický asistent
Vedoucí bakalářské práce: MUDr. V. HLAVATÝ, Ph.D.
Katedra:
Název bakalářské práce:

Volba tématu: 1. Aktuální
 2. Užitečné a prospěšné
3. Standardní
4. Neobvyklé

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn
2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn
3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn
4. Nevhodně zvolený cíl

Struktura práce: 1. Originální – zdařilá
 2. Logická – systémová
3. Logická – tradiční
4. Pro dané téma tradiční
5. Pro dané téma nevhodná

Práce s literaturou: 1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny
 2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny
3. Dobrá, běžně dostupné prameny
4. Slabá, zastaralé prameny

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy):
1. Mimořádné, funkční
 2. Velmi dobré, funkční
3. Odpovídá nutnému doplnění textu
4. Nedostačující

Přínosy bakalářské práce: 1. Originální, inspirativní názory
2. Ne zcela běžné názory
 3. Vlastní názor argumentačně podpořený
4. Vlastní názor chybí

Uplatnění bakalářské práce v praxi a ve výuce:
1. Práci lze uplatnit v praxi
 2. Práci lze uplatnit ve výuce i v praxi
3. Práci nelze příliš využít ani v praxi ani při výuce

Formální stránka: 1. Výborná
 2. Přijatelná
3. Nevyhovující

Jazyková stránka:

1. Stylistika a) výborná
 b) velmi dobrá
 c) nevyhovující
2. Gramatika a) výborná
 b) velmi dobrá
 c) nevyhovující

Zásadní připomínky k bakalářské práci:

1. nemám
 2. mám tyto:
-
-
-

Další hodnocení:

Práce má rozsah 55 stránek, 9 tabulek, 12 grafů a 37 obrázků. Literaturu odkazy: 19. seznam použitých zkratk (str. 58) je bez vysvětlení at v anglickém nebo českém jazyku. Str. 6. Odporují ti vedle sebe uvedené věty: "... jsou intenzivní záření gama ... dále míška intenzita ... str. 9: definice "průměrné" elektrony jsou zájmové nálož "částice" str. 14: vzdálenost se měří na kV!!! str. 15: jednotka megahertz na sec. neexistuje, je pouze megahertz (MHz)!!! str. 41: není mi jasný skutečný počet pacientek v tab. č. 5 (text mluví o 30 p., v tabulce je jich jen 12 2! str. 49 a 50: grafy znázorňují situaci u prsu a hlavy jen v obou případech naprosto stejné. Je to možné? str. 57: literaturu odkaz č. 15. nemá upřesňující údaje!!!

.....

.....

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě:

1. ano
2. ne

Navrhovaná klasifikace:

1. výborně
2. velmi dobře *ani dobře*
3. dobře
4. nevyhově

Otázka k ústní obhajobě práce:

Je v případě lineárního vychlazení potřeba "elektromagnetického vln" nebo by stačilo stacionární magnetické nebo elektrické pole a proč?

.....

.....

Datum: 30. 8. 07

oponenta
Podpis vedoucího bakalářské práce

